

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for genbehandling af fleksible endoskoper

Dato	Type af ændring	Overordnet emne	Kommentar	Hvor i den nye udgave	Tekst i tidl. udgave	Ændret til
25. marts 2026	Versionsnummerring er opdateret og rettelse er tilføjet i forord	Versionsnummerring		Alle sideres versionsnummerring er opdateret og tekst er tilføjet i Forord Side 4	Dette er den 7.1 reviderede udgave af Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for genbehandling af fleksible endoskoper. NIR er sidst revideret i 2025 og rettet i 2026.	Dette er den 7.2 reviderede udgave af Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for genbehandling af fleksible endoskoper. NIR er sidst revideret i 2025 og rettet af to omgange i 2026.
	Konsekvensrettelse af formulering	Betegnelse for et almindeligt ventileret opbevaringsskab med ventilationshuller		Side 6 (to steder)	almindeligt skab	almindeligt ventileret opbevaringsskab med ventilationshuller
				Side 9	almindeligt ventileret skab med ventilationshuller	
				Side 9 (to steder)	almindeligt ventileret skab	
				Side 24 (to steder)		

				Side 25 (tre steder)	almindeligt ventileret opbevaringsskab	
				Side 27 (tre steder)		
				Side 29 (tre steder)		
				Side 31 (tre steder)		
				Side 32 (to steder)		
				Side 33		
				Side 35	almindeligt ventileret skab med ventilationshuller	
				Side 36	almindeligt ventileret skab	
				Side 36	almindeligt skab med ventilationshuller	
				Side 36	almindeligt ventileret opbevaringsskab (med ventilationshuller)	

				Side 56	Almindelige ventilerede opbevaringsskabe	Almindelige ventileret opbevaringsskabe med ventilationshuller
	Omformulering og tilføjelse af referencer	Anbefaling for anvendelse af rene handsker ved direkte håndtering af visse typer af endoskoper		Side 24, 26 og 27	Direkte håndtering af endoskopet skal ske med rene handsker	Der anvendes rene handsker ved direkte håndtering af endoskopet ^{6,60}
				Side 25	Direkte håndtering af endoskopet samt tilbehør skal ske med rene handsker	Der anvendes rene handsker ved direkte håndtering af endoskopet samt tilbehør ^{6,60}
11. marts 2026	Versionsnummerring er opdateret og rettelse er tilføjet i forord	Versionsnummerring		Alle sideres versionsnummerring er opdateret og tekst er tilføjet i Forord Side 4	Dette er den 7. reviderede udgave af Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for genbehandling af fleksible endoskoper.	Dette er den 7.1 reviderede udgave af Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for genbehandling af fleksible endoskoper. NIR er sidst revideret i 2025 og rettet i 2026.
11. marts 2026	Ændring i brug af alkohol til tørring af kanaler	Anbefaling for tørring af kanaler		Bilag 2 Side 55	- Fyld sterilfiltreret alkohol (70-85% v/v) i en steril sprøjte - Læg sprøjten på klædet Alkohol sprøjtes gennem alle kanalerne på endoskopet	De tre punkter er fjernet
					•	

