



Vurdering af ActivSure Disinfection.

Firmaet ActivSure A/S har indsendt produktet ActivSure Disinfection til vurdering i CEI.

ActivSure Disinfection skal kunne desinficere mindre overflader, redskaber og udstyr.

ActivSure Disinfection fabrikeres i et system Proguard som ved hjælp af elektrolyse genererer hypoklorsyre <100 ppm ud fra salt og postevand. Det angives, at produktet indeholder 40-50 mg/liter (svarende til 40-50 ppm) hypoklorsyre i brugssituationen. Produktet dispenseres fra Proguard som spray- og aftørningsmiddel.

Konklusion

Der foreligger dokumentation for, at produktet har den ønskede effekt over for vegetative bakterier og svampe under rene forhold ved brug af EN-tests af desinfektionsmidler til overfladedesinfektion inden for fødevareindustrien, husholdning og institutioner, som ikke er inden for sundhedssektoren. Der foreligger ikke dokumentation for en ønsket effekt over for ikke-kapbebærende virus, myko- og tuberkelbakterier, samt over for sporer.

CEI finder på det foreliggende grundlag, at produktet efter forudgående rengøring kan anvendes til desinfektion af overflader, hvor man ønsker desinfektion med minimal antimikrobiel effekt ("low-level" desinfektion) inden for fødevareindustrien, husholdning og institutioner, som ikke er inden for sundhedssektoren. CEI anbefaler dog ikke brug af produkter som dispenseres som spray- og aftørningsmiddel, da dette øger risikoen for indånding ved aerosoldannelse.

Central Enhed for Infektionshygiejne, 12. september 2013