

3. november 2010



**STATENS  
SERUM  
INSTITUT**

*forebygger og bekæmper  
smitsomme sygdomme  
og medfødte lidelser*

Artillerivej 5  
2300 København S  
Danmark

Tel.: 3268 3268  
Fax: 3268 3868  
serum@ssi.dk  
www.ssi.dk

## **Forhåndsvurdering af Cleantop-21**

Firmaet Braun Scandinavia A/S har bedt om en vurdering af produktet Cleantop-21.

Dette produkt indeholder triethanolamin 10-25%, 3 triethanolaminsalte samt natriumhydrophosphit. Produktet er et detergent, der ikke indeholder enzymer.

Anvendelsesområde: manuel rengøring af fleksible endoskoper.

Produktets rengørende effekt er undersøgt af Clean-endoscope på Hvidovre Hospital, og denne fase 3-test efter anerkendt metode (ATP-måling) danner basis for vurderingen. Resultaterne af ATP-målinger i vandkanalen efter 25 manuelle rengøringsprocedurer af fleksible gastro- og koloskoper viser lave ATP-værdier med minimale variationer, og konklusionen af denne test er, at produktet kan anbefales til manuel rengøring af fleksible endoskoper.

Produktet kan have irriterende virkning på hud og øjne. I sjældne tilfælde kan særligt følsomme personer opleve allergiske reaktioner.

CEI vurderer, at Cleantop-21 kan anvendes til manuel rengøring af fleksible endoskoper i sundhedssektoren, når leverandørens anvisninger og de danske anbefalinger for manuel rengøring følges.